

スイングロータ Swing Rotor R3S (RPRS3-3)

最高回転速度 : 3,000 rpm


Max. Speed

最大遠心加速度 : 1,940 × g

Max. R. C. F.

全容量 : 2,000ml = 500ml × 4

Nominal Rotor Capacity



適用アダプタ・キャップ・チューブ・ボトル一覧表

Summary of Adaptors, Caps, Tubes, Bottles

アダプタ Adaptors	キャップ Caps	品名 Tube/Bottle	寸法 Tube size	実容量 Specified sample capacity	最高回転速度 Max. Speed (rpm)	遠心加速度 Max. R.C.F (× g)
—	キャップレス Capless	500PAチューブ Tube	φ 9.8 × 10	500ml	3,000	1,940
チューブラックBL Tube Rack BL 336821A	キャップレス Capless	10ガラスチューブ Glass Tube	φ 1.2 × 10.5	10ml	3,000	1,870
チューブラックBL(B) Tube Rack BL(B) S307165A	キャップレス Capless	10ガラスチューブ Glass Tube	φ 1.2 × 10.5	10ml	3,000	1,870
チューブラックGR Tube Rack GR 336822A	キャップレス Capless	5~7mlガラスチューブ Glass Tube (市販品) (Marketed)	φ 1.3~1.4 × 12	5~7ml	3,000	1,870
チューブラックGR(B) Tube Rack GR(B) S307167A	キャップレス Capless	5~7mlガラスチューブ Glass Tube (市販品) (Marketed)	φ 1.3~1.4 × 8.5~12	5~7ml	3,000	1,870
チューブラックYE Tube Rack YE 336823A	キャップレス Capless	15ガラスチューブ Glass Tube	φ 1.65 × 10.5	15ml	3,000	1,870
チューブラックYE(B) Tube Rack YE(B) S307164A	キャップレス Capless	15ガラスチューブ Glass Tube	φ 1.65 × 10.5	15ml	3,000	1,870
チューブラックOR Tube Rack OR 336824A	キャップレス Capless	50ガラスチューブ Glass Tube	φ 3.5 × 10	50ml	3,000	1,870
	キャップレス Capless	10ガラスチューブ Glass Tube	φ 1.2 × 10.5	10ml	3,000	1,870
チューブラックOR(B) Tube Rack OR(B) S307166A	キャップレス Capless	50ガラスチューブ Glass Tube	φ 3.5 × 10	50ml	3,000	1,870
		10ガラスチューブ Glass Tube	φ 1.2 × 10.5	10ml	3,000	1,870
Mバケット M Bucket 346977A	—	96穴マイクロプレート Maicro plate (市販品) (Marketed)	13 × 8.5 × 1.4		2,000	700
MPバケット MP Bucket S305521A	—	96穴マイクロプレート Maicro plate (市販品) (Marketed)	13 × 8.5 × 1.4		3,000	1,650
50T7Sアダプタ Adaptor S305213A PP	—	50ml 培養管 (TCチューブ) Tissue Culture Tube (市販品) (Marketed)		50ml	3,000*	1,870
チューブラック29.5×5(B) Tube Rack 29.5×5(B) S307253A	—	50ml 自立型培養管 Self-standing Culture Tube (市販品) (Marketed)		50ml	3,000	1,830

*注意 1. バケット内の質量が760gを越える場合には取扱説明書に従って回転速度を下げ御使用ください。

*Note 1. In case the weight of contents in the bucket exceeds 760g, decelerate the speed according to the instruction manual.

2. 市販品チューブにつきましては、最高回転速度での使用に耐えない場合があります。ご使用になる前に試料を入れて事前に予備試験されることをお勧めします。予備試験は、水を注入して所定回転速度で回転し、チューブに異常が無いことを確認するものです。

ご不明な点がありましたらお問い合わせいただいた販売店もしくは日立工機機のサービス担当にお問い合わせください。

2. Some tubes on the market cannot bear the operation at the maximum speed of the rotor. Testing is recommended before actual use of them (test the tubes filled with water by running at the specified speed and check that there is no abnormality).

Contact Hitachi Koki authorized sales/service representative for detailed information.